

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»

**ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛІКАНСКАЕ
УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«ГРОДНААБЛГАЗ»
(УП «ГРОДНААБЛГАЗ»)**

вул.Обухова, 34, 230003, г.Гродна
тэл. 49-22-02, факс 49-22-89, e-mail office@gas.grodno.by
р/р BY98AKBB30120000095174000000
Гродзенскае абласное ўпраўленне № 400
ААТ «ААБ Беларусбанк» г.Гродна,
ВІС АКВВВY2X УНП 500036445

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации «Белтопгаз»

**ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРОДНООБЛГАЗ»
(УП «ГРОДНООБЛГАЗ»)**

ул.Обухова, 34, 230003, г.Гродно
тел. 49-22-02, факс 49-22-89, e-mail office@gas.grodno.by
р/с BY98AKBB30120000095174000000
Гродненское областное управление № 400
ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Гродно,
ВІС АКВВВY2X УНП 500036445

11.07.2025 № 13/5127

На № _____ от _____

Директору
ООО «МалидиМед»
Косаревичу Д.В.

О результатах опытной эксплуатации

Служба метрологии УП «Гроднооблгаз» сообщает, что во время проведения опытной эксплуатации анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе МА-300 зарекомендовали себя с положительной стороны. В работе функциональны и практичны, удобны и легкие, заряд аккумуляторной батареи держит долго, за время использования прибора подзарядка аккумуляторов не потребовалась. Довольно компактный дисплей с отображением даты и времени, так же отображается уровень заряда батареи и даты следующей калибровки, что очень удобно. Одной из важных функций является то, что можно оперативно просмотреть результаты измерений с информацией даты и временем проведения теста. Информация на цифровом дисплее отображается на русском языке. Не требуются сменные наконечники для каждого работника. Переносной, прост в использовании.

Из недостатков можно выделить следующее:

- перемещение курсора «вверх/вниз» работает только «вниз»;
- невозможна эксплуатация прибора ниже +15 °С.

Эксплуатация приборов проводилась при ежедневном приборном контроле более 70 человек.

На основании вышеизложенного закупка данных приборов будет планироваться в 2026 году.

Начальник службы метрологии

13 Поносевиц В.А. 8(0152) 49-22-68


С.И.Климко