

Адкрытае акцыянернае таварыства
«МАГІЛЁЎАБЛАЎТАТРАНС»
Магілеўскі філіял Аўтобусны парк №1
ААТ «Магілеўаблаўтатранс»

212013 г. Магілёў, вул. Гомельская шаша, 3
Тэл. 8 (0222) 73 44 03, т/ф: 73 28 45
E-mail: priemnaya@apl.mogilev.by
Р/с BY35AKBB30120404114087000000
Магілёўскае абласное упраўленне №700
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Магілёў
БИК АКВВВY2X, УНП 700847120



Открытое акционерное общество
«МОГИЛЕВОБЛАВТОТРАНС»
Могилевский филиал Автобусный парк №1
ОАО «Могилевоблавтотранс»

212013 г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 3
Тел. 8 (0222) 73 44 03, т/ф: 73 28 45
E-mail: priemnaya@apl.mogilev.by
Р/с BY35AKBB30120404114087000000
Могилевское областное управление №700
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Могилев
БИК АКВВВY2X, УНП 700847120

30.09.2015 № 02-05/6242

Директору
ООО «МалидиМед»
Косаревичу Д.В.


Отзыв об опытной эксплуатации анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе МА-300

Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» сообщает, что за период эксплуатации анализатор МА-300 зарекомендовал себя хорошо. Ежедневный приборный контроль в среднем составлял 250-300 человек в сутки. Анализатор компактный, прост в использовании. Встроенный аккумулятор позволяет проводить приборный контроль работников на рабочих местах (в цехах). Заряда аккумуляторной батареи хватает в среднем на 72 часа.

Из плюсов бесконтактный способ измерения, не требующий использования сменных мундштуков, световая индикация результата, быстрая зарядка.

На основании выше изложенного Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс» решил приобрести анализатор МА-300 для использования.

Первый заместитель директора-
главный инженер


А.О.Булочин